



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21-7-2017

Αρ. Πρωτ.: 38838
(σχετ.: 40540, 41290)

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 5741/19-5-2017, 5870/25-5-2017 και 5929/29-5-2017 ερωτήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θ. Φορτσάκη, Β. Οικονόμου, Ι. Φωτήλα, Β. Γιόγιακα και Χ. Σταϊκούρα σχετικά με τη λειτουργία της Οφθαλμολογικής κλινικής του ΓΝ Άμφισσας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του Οφθαλμολογικής κλινικής και συγκεκριμένα το οφθαλμολογικό μικροσκόπιο, παρουσιάστηκε βλάβη. Η τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου πραγματοποίησε έλεγχο την ίδια ημέρα που παρουσιάστηκε η βλάβη και διαπίστωσε ότι για την επισκευή του απαιτούνται εξειδικευμένα ανταλλακτικά (Οπτική ίνα φωτισμού OM-5).

Στη συνέχεια, με άμεση και υψηλή προτεραιότητα από τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επικοινωνία με τον επίσημο αντιπρόσωπο (εταιρεία βιοτεχνολογίας) του μικροσκοπίου, την παραγγελία, τις προσφορές, τις εγκρίσεις κόστους για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η τεχνική υπηρεσία παρέλαβε τα ανταλλακτικά στις 12 Απριλίου 2017, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο μικροσκόπιο στις 13 Απριλίου 2017, με αποτέλεσμα το μικροσκόπιο να λειτουργεί όπως και πριν την αναφερθείσα βλάβη.

Στις 9 Μαρτίου και σε συνέχεια αιτήματος του Διευθυντή της Οφθαλμολογικής κλινικής ζητήθηκε από τον επίσημο αντιπρόσωπο της εταιρείας «έλεγχος καλής λειτουργίας του μικροσκοπίου». Στις 19 Απριλίου το Νοσοκομείο έλαβε την απάντηση για την προσφορά στην οποία αναφέρεται ότι παρέχεται εγγύηση έξι (6) μηνών στις υπηρεσίες. Στις 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος καλής λειτουργίας του μικροσκοπίου από τον επίσημο αντιπρόσωπο. Στην τεχνική έκθεση αναφέρεται

συνοπτικά ότι το μικροσκόπιο λειτουργεί κανονικά αλλά υπολείπεται σε χαρακτηριστικά σε σχέση με νεότερα μοντέλα.

Όλα τα παραπάνω, τα ανταλλακτικά, η βεβαίωση καλής λειτουργίας και οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με οικονομική δαπάνη για το Νοσοκομείο.

Επιπλέον, ο εξοπλισμός που υπάρχει στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο του Οφθαλμολογικού Τμήματος είναι: σχισμοειδής λυχνία, αυτόματο διαθλασίμετρο/κερατόμετρο, αυτόματο φακόμετρο, σύστημα υπερηχογραφικής βιομετρίας, οφθαλμοσκόπιο και οφθαλμολογικός προτζέκτορας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ακολούθησε και ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες προμηθειών για τη συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και τις εγκρίσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιπλέον, έχει γίνει αίτημα χρηματοδότησης του οφθαλμολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα οφθαλμολογικού μικροσκοπίου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Θ. Φορτσάκη, Β. Οικονόμου, Ι. Φωτήλα,

✓ Β. Γιόγιακα, Χ. Σταϊκούρα

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.
3. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων ΝΠ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

