



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132161426

2132161433

2132161428

2132161429

E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12-1-2023

Αρ. Πρωτ.: 68212

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. **1068/24-11-2022** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Ξανθό, Ο. Γεροβασίλη, Δ. Αυγέρη, Ε. Αβραμάκη, Α. Αθανάσιο, Τ. Αλεξιάδη, Σ. Αναγνωστοπούλου, Σ. Αραχωβίτη, Α.-Χ. Αυλωνίτη, Σ. Βαρδάκη, Γ. Βαρεμένο, Κ. Βέττα, Χ. Γιαννούλη, Ν. Γκαρά, Γ. Γκιόλα, Θ. Δρίτσα, Ζεμπέκ Χουσεΐν, Ν. Ηγουμενίδη, Μ. Θραψανιώτη, Δ. Καλαματιανό, Χ. Καφαντάρη, Χ. Μαμουλάκη, Κ. Μάρκου, Α. Μεικόπουλο, Α. Μιχαηλίδη, Γ. Μουζάλα, Γ. Μπαλάφα, Κ. Μπάρκα, Θ. Μωραΐτη, Σ. Παπαδόπουλο, Γ. Παπαηλιού, Α. Παπανάτσιου, Θ. Πέρκα, Π. Πούλου, Ν. Σαντορινιό, Ι. Σαρακιώτη, Π. Σκουρλέτη, Π. Σκουρολιάκο, Μ. Σκούφα, Μ. Τζούφη, Α. Τόλκα, Α. Τριανταφυλλίδη, Γ. Τσίπρα, Σ. Φάμελλο, Ν. Φίλη, Θ. Φωτίου, Δ. Χαρίτου, Μ. Χατζηγιαννάκη, Ρ. Χρηστίδου και Γ. Ψυχογιό, με θέμα *«Η κυβέρνηση οδηγεί σε κλείσιμο τα μικρομεσαία ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, προωθώντας την oligοπωλική αναδιάρθρωση της αγοράς υγείας»*, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Υπουργική Απόφαση, με αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 37687/11-7-2022 (ΦΕΚ Β' 3711/14-7-2022,) προέβλεπε στο άρθρο 5 μεταβατική περίοδο προσαρμογής 3 μηνών (έως 14-10-2022) και η οποία ήδη έχει παραταθεί ως 31-12-2022, δίνοντας εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής, στο οποίο η πλειοψηφία των παρόχων υγείας έχει ανταποκριθεί με επιτυχία.

Ο ΕΟΠΥΥ υλοποιεί και παρακολουθεί τη διοικητική διαδικασία εφαρμογής των κριτηρίων της απόφασης. Ενημερώνεται δε κατά τη διαδικασία από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, αλλά και τις αρμόδιες εταιρείες για τον εντοπισμό και επίλυση τυχόν προβλημάτων της διαδικασίας.

Με βάση το Π.Δ. 101/2018, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ορίζεται ως η ανεξάρτητη εθνική ρυθμιστική αρχή για την εφαρμογή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό είναι υπεύθυνη για την αρχική αδειοδότηση, αλλά και την ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας κάθε συστήματος ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η ειδική αυτή άδεια λειτουργίας, όπως αναφέρεται σε κάθε εκδιδόμενο από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικό, **αφορά σε θέματα ακτινοπροστασίας και ασφάλειας και δεν υποκαθιστά άλλες προβλεπόμενες άδειες.**

Οι κατασκευαστικοί οίκοι, με βάση την με αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 37687/11-7-2022 (ΦΕΚ Β' 3711/14-7-2022), είναι υπεύθυνοι μόνο για τη βεβαίωση του έτους κατασκευής του κάθε συστήματος, ώστε να αποδεικνύεται τόσο η πραγματική τεχνολογική ηλικία του

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων: 2

απεικονιστικού συστήματος Αξονικής ή Μαγνητικής τομογραφίας, αλλά και για να διασφαλίζεται και η αυθεντικότητα του πιστοποιητικού ασφάλειας που φέρει το κάθε σύστημα (CE Mark). Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία διαφοροποίηση στην αποζημίωση μιας εξέτασης Αξονικής ή Μαγνητικής τομογραφίας, είτε αυτή προέρχεται από ένα ξεπερασμένο τεχνολογικά σύστημα 30 ετών, είτε από κάποιο καινούριο και σύγχρονο τεχνολογικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές χώρες της ΕΕ (π.χ. Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Φινλανδία, κλπ) ένα σύστημα θεωρείται εκτός κύκλου ζωής (end of life) μετά τα 10 ή 12 έτη από την κατασκευή του. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην εγκατάσταση στην Ελλάδα πολλών συστημάτων που έχουν αποσυρθεί για ανακύκλωση (scrap) σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Η υποχρεωτική συντήρηση των μηχανημάτων, καθώς και η διενέργεια υποχρεωτικών περιοδικών ποιοτικών ελέγχων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ασφάλεια των εξεταζομένων και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας απεικόνισης, βάσει της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Παράλληλα, η παραπάνω ΥΑ ρυθμίζει την εκτέλεση συγκεκριμένων σύγχρονων εξετάσεων (Μαγνητική Αγγειογραφία, Αξονική Στεφανιογραφία) μόνο σε συστήματα που διαθέτουν τα κατάλληλα λογισμικά για την πραγματοποίησή τους και μάλιστα για πρώτη φορά **χωρίς rebate και clawback**. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας είναι εξετάσεις που οδηγούν σε διαγνωστικές αποφάσεις για την επιλογή θεραπευτικού σχήματος, επομένως είναι απαραίτητο να εκτελούνται σε αξιόπιστα τεχνολογικά συστήματα. Κατά αυτό τον τρόπο εκτιμούμε ότι η εισαγωγή των ποιοτικών κριτηρίων θα συνδεθεί με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με αφετηρία την ηλεκτρονική εφαρμογή των ακτινολογικών διαγνωστικών πρωτοκόλλων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Α. Ξανθό, Ο. Γεροβασίλη, Δ. Αυγέρη,
Ε. Αβραμάκη, Α. Αθανάσιο, Τ. Αλεξιάδη,
Σ. Αναγνωστοπούλου, Σ. Αραχωβίτη, Α.-Χ.
Αυλωνίτη, Σ. Βαρδάκη, Γ. Βαρεμένο, Κ. Βέττα, Χ.
Γιαννούλη, Ν. Γκάρα, Γ. Γκιόλα, Θ. Δρίτσα, Ζεμπέκ
Χουσεΐν, Ν. Ηγουμενίδη, Μ. Θραψανιώτη,
Δ. Καλαματιανό, Χ. Καφαντάρη, Χ. Μαμουλάκη,
Κ. Μάρκου, Α. Μεικόπουλο, Α. Μιχαηλίδη,
Γ. Μουζάλα, Γ. Μπαλάφα, Κ. Μπάρκα,
Θ. Μωραΐτη, Σ. Παπαδόπουλο, Γ. Παπαηλιού,
Α. Παπανάτσιου, Θ. Πέρκα, Π. Πούλου,
Ν. Σαντορινιό, Ι. Σαρακιώτη, Π. Σκουρλέτη,
Π. Σκουρολιάκο, Μ. Σκούφα, Μ. Τζούφη, Α. Τόλκα,
Α. Τριανταφυλλίδη, Γ. Τσίπρα, Σ. Φάμελλο, Ν.
Φίλη, Θ. Φωτίου, Δ. Χαρίτου, Μ. Χατζηγιαννάκη,
Ρ. Χρηστίδου, Γ. Ψυχογιό

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού
Γρ. Αναπλ. Υπουργού
Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

