



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132161426

2132161433

2132161428

2132161429

E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 5-3-2024

Αρ. Πρωτ.: 4544

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Σε απάντηση της με αρ. **2757/22-1-2024** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Σ.-Χ. Ασημακοπούλου, με θέμα «*Εκτός λειτουργίας μηχανήμα ακτινοβολίας στο Νοσοκομείο Μεταξά*» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αρχικά να διευκρινίσουμε ότι ο Εξομοιωτής και ο Γραμμικός Επιταχυντής είναι δυο διαφορετικά μηχανήματα, που λειτουργούν με συμπληρωματικό χαρακτήρα. Στον Εξομοιωτή σχεδιάζονται τα πλάνα θεραπείας και στον Γραμμικό Επιταχυντή (μηχάνημα ακτινοθεραπείας) υλοποιούνται τα πλάνα θεραπείας.

Το Νοσοκομείο διαθέτει δυο Γραμμικούς Επιταχυντές (20ετίας και 8ετίας) και έναν Εξομοιωτή (άνω των 20 ετών), ο οποίος σχετίζεται μόνο με τον παλιό Γραμμικό Επιταχυντή.

Τονίζεται ότι, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, έχει εξασφαλιστεί κονδύλι 6.000.000 ευρώ για την προμήθεια δύο νέων Γραμμικών Επιταχυντών και νέου σύγχρονου Αξονικού Τομογράφου-Εξομοιωτή (CT-SIM).

Έως τότε, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Μεταξά βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση, προκειμένου να προβαίνει στην άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν ανά διαστήματα ιδίως σε παλαιού τύπου μηχανήματα.

Πρέπει να αναφερθεί ότι στο Νοσοκομείο Μεταξά, με τους συγκεκριμένους Γραμμικούς Επιταχυντές, διενεργούνται καθημερινά (εκτός ΣΚ) περί τις 90 ακτινοθεραπείες κατά την πρωινή και απογευματινή λειτουργία του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος.

Ενώ έχει σχεδιαστεί Plan B σε περίπτωση νέας βλάβης, σε συνεργασία και με τη στήριξη των συναρμόδιων τμημάτων (ιατροί, νοσηλευτές, φυσικοί, τεχνολόγοι), προκειμένου, εφόσον απαιτηθεί, να γίνει μετάβαση των ασθενών του παλαιού μηχανήματος στον νέο Γραμμικό Επιταχυντή.

Παρακάτω αναφέρεται συνοπτικά το χρονικό των βλαβών των δυο μηχανημάτων, οι οποίες δε συνέπεσαν χρονικά, καθώς και την άμεση αντίδραση του Νοσοκομείου Μεταξά στα προβλήματα που προέκυψαν, υπό άκρως πιεστικές συνθήκες λόγω του κατεπείγοντος

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων: 2

και παρά το γεγονός της παλαιότητας των μηχανημάτων η επίλυσή τους δεν ήταν κάτι το αυτονόητο:

- Το Σύστημα Εξομοίωσης του Νοσοκομείου Μεταξά είχε αγοραστεί το 2000 και ο αντίστοιχος Γραμμικός Επιταχυντής το 2003.
- Και τα δυο μηχανήματα βρίσκονται σε κατάσταση μη εγγυημένης υποστήριξης με αποτέλεσμα η εταιρεία ELEKTA που μας υποστηρίζει στις βλάβες που παρουσιάζονται, να μην μπορεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.
- Οι θεραπείες στον παλιό Γραμμικό Επιταχυντή (2003) συνδυάζονται πρώτα με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στον Εξομοιωτή.
- Ο Εξομοιωτής είχε παρουσιάσει βλάβη το Δεκέμβριο του 2023 με αποτέλεσμα στον Γραμμικό Επιταχυντή να μπορούν να συνεχίσουν τις θεραπείες τους μόνο οι ασθενείς στους οποίους είχαν ήδη σχεδιαστεί τα πλάνα θεραπείας, αλλά δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν νέες θεραπείες ασθενών. Άρα κανένας από τους υφιστάμενους ασθενείς δεν έχασε τη θεραπεία του κατά το διάστημα βλάβης του Εξομοιωτή.
- Η βλάβη στον Εξομοιωτή επιδιορθώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2024 μετά από προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο και αφού ανευρέθηκε το συγκεκριμένο ανταλλακτικό από την εταιρεία ELEKTA σε αποθήκες του εξωτερικού.
- Ο Γραμμικός Επιταχυντής παρουσίασε βλάβη στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023 και τα ανταλλακτικά είχαν σταλεί ύστερα από προσπάθειες εύρεσής τους σε όλες τις αποθήκες του εξωτερικού, από την εταιρεία ELEKTA.
- Η άφιξη των ανταλλακτικών μετά την εύρεσή τους έγινε αεροπορικώς από τη Ολλανδία και την ίδια μέρα έγινε και η εγκατάστασή τους στο κάθε μηχάνημα.
- Ο Γραμμικός Επιταχυντής δόθηκε τελικά σε λειτουργία στις 15 Ιανουαρίου 2024 μετά από επιδιορθώσεις βλαβών που προέκυψαν και μετά την τοποθέτηση των βασικών ανταλλακτικών και κατόπιν των προβλεπόμενων ελέγχων λειτουργίας.
- Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Εξομοιωτής και ο Γραμμικός Επιταχυντής μπορεί να σταματήσουν τη λειτουργία τους, εάν ένα από τα δυο μηχανήματα δεν θα μπορέσει πια να επισκευαστεί λόγω μη εύρεσης ανταλλακτικών.
- Υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας δύο νέων Γραμμικών Επιταχυντών και νέου σύγχρονου Αξονικού Τομογράφου-Εξομοιωτή (CT-SIM) με εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής.

Από τα μέσα Ιανουαρίου και τα 3 μηχανήματα Ακτινοθεραπείας που διαθέτει το Νοσοκομείο Μεταξά (2 Γραμμικοί Επιταχυντές και 1 Εξομοιωτής) λειτουργούν κανονικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κα Σ.-Χ. Ασημακοπούλου

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Αναπλ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ