



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 24/12/2025

Αρ. Πρωτ.: 46089

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ.: 10433 Αθήνα  
Τηλέφωνο: 2132161426, 2132161433  
2132161428, 2132161429  
E-mail: tke@moh.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών**

Σε απάντηση της με αρ. **332/15.10.2025** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους κ.κ. Βουλευτές Ακρίτα Έλενα, Παναγιωτόπουλο Ανδρέα, Δούρου Ρένα, Ζαμπάρα Μίλτο, Κασιμάτη Νίνα, Κοντοτόλη Μαρίνα, Μαμουλάκη Χάρη, Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο, Μπάρκα Κωνσταντίνο, Παπαηλιού Γεώργιο, Τσαπανίδου Πόπη και Ψυχογιό Γεώργιο, με θέμα: «Εκτός λειτουργίας και οι δύο αξονικοί τομογράφοι του Νοσοκομείου ΚΑΤ εν μέσω γενικής εφημερίας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το ΓΝΑ ΚΑΤ διαθέτει δύο (2) αξονικούς Τομογράφους σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία,

1. Έναν τομογράφο 16 τομών του οίκου TOSHIBA, εγκατεστημένο σε λειτουργία το έτος 2010 και,
2. Έναν τομογράφο 128 τομών του οίκου PHILIPS, εγκατεστημένο σε λειτουργία το έτος 2017.

Και οι δύο ανωτέρω αξονικοί τομογράφοι καλύπτονται πλήρως από συμβάσεις συντήρησης/επισκευών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ακτινολογικές λυχνίες, εξαιτίας του πολύ υψηλού κόστους, η σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες αντικατάστασης και δεσμεύει το κόστος αυτών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Ο Αξονικός Τομογράφος παλαιότερης τεχνολογίας πρόκειται να αντικατασταθεί με νέο 256 ταυτόχρονων τομών, που περιλαμβάνεται στην πρόσφατη έγκριση από τις σχετικές

Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας Αττικής για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ΓΝΑ ΚΑΤ είναι σε άριστη κατάσταση, συνεχώς ανανεώνεται με παρεμβάσεις των προϋσταμένων κλιμακίων. Οι υποδομές του Νοσοκομείου βελτιώνονται από το 2019 και μετά με τις στοχευμένες παρεμβάσεις της διοίκησης, καθώς και με την ένταξη έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΕΠ, ανακαίνιση κλινικών κλπ).

Όσον αφορά στο συμβάν που αναφέρεται η εν θέματι ερώτηση, με την εμφάνιση της βλάβης στην ακτινολογική λυχνία του παλαιότερου συστήματος (η προηγούμενη αντικατάστασή της είχε πραγματοποιηθεί προ 7 ετών), οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου εκτέλεσαν άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραγγελία της υψηλού κόστους ακτινολογικής λυχνίας στον τοπικό αντιπρόσωπο του Ιαπωνικού οίκου κατασκευής του Αξονικού Τομογράφου, ώστε να παραληφθεί το συντομότερο δυνατό και να αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος. Το Νοσοκομείο έως την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, στηρίχθηκε στον σύγχρονης τεχνολογίας και πλήρως συντηρημένο Αξονικό Τομογράφο του οίκου PHILIPS.

Το Σάββατο 11/10 στις πρώτες μεσημεριανές ώρες, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία στον 2<sup>ο</sup> Αξονικό Τομογράφο, ενημερώθηκε η Τεχνική Υπηρεσία, η οποία ενημέρωσε τη Διοίκηση και ήρθε σε τηλεφωνική επαφή με εκπρόσωπο της συντηρήτριας εταιρίας. Ο εκπρόσωπος επισκέφθηκε το Νοσοκομείο άμεσα και διαπίστωσε βλάβη στο σύστημα υψηλής τάσης που δεν ήταν δυνατό να επιλυθεί χωρίς ανταλλακτικά, τα οποία μπορούσαν να έρθουν στη χώρα από την Ολλανδία την Τρίτη 14/10. Οι αποκαταστάσεις και των δύο Αξονικών Τομογράφων έγιναν την Δευτέρα 13/10 και την Τρίτη 14/10, άμεσα μετά την παραλαβή των αναγκαίων ανταλλακτικών και της ακτινολογικής λυχνίας από το εξωτερικό.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τη βλάβη στον 2<sup>ο</sup> Τομογράφο και αφού εξάντλησε τα περιθώρια άμεσης επισκευής, έλαβε τα παρακάτω μέτρα:

- Ενημέρωσε τη Διοίκηση της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ και του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ και καταρτίστηκε σχέδιο αντιμετώπισης της επείγουσας κατάστασης (όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις).
- Στον ως άνω σχεδιασμό αποφασίστηκε ταυτόχρονα η κάλυψη τυχόν αναγκών από τα όμορα εφημερεύοντα την ίδια ημέρα Νοσοκομεία ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ και ΛΑΙΚΟ.
- Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής επιχειρησιακός σχεδιασμός αντιμετώπισης του θέματος με τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ», όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται κάλυψη

επειγουσών αναγκών. Κύριο μέλημα όλων των συμμετεχόντων ήταν η προστασία της ζωής των ασθενών. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός εγκρίθηκε από την 1<sup>η</sup> ΥΠΕ και το ΚΕΠΥ/ΕΚΑΒ.

- Στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι Συντονιστές Διευθυντές ΤΕΠ Σισμανογλείου και ΚΑΤ, καθώς και οι Διευθυντές των αντίστοιχων Ακτινολογικών Εργαστηρίων για την ασφαλή εκτέλεση του τελικού εκπονηθέντος επιχειρησιακού σχεδιασμού.
- Οι Διοικήσεις των δύο Νοσοκομείων, το ΚΕΠΥ/ΕΚΑΒ και η Διοίκηση της 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ συνεργάστηκαν σε όλη τη διάρκεια της Γενικής Εφημερίας της 12<sup>ης</sup>-10-2025.
- Ο σχεδιασμός εφαρμόστηκε κατά γράμμα από όλους τους εμπλεκόμενους, χωρίς να παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα.

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτή κα Ακρίτα Έ., κ. Παναγιωτόπουλο Α., κα Δούρου Ρ., κ. Ζαμπάρα Μ., κα Κασιμάτη Ν., κα Κοντοτόλη Μ., κ. Μαμουλάκη Χ., κ. Μεϊκόπουλο Α., κ. Μάρκα Κ., κ. Παπαηλιού Γ., κα Τσαπανίδου Π, κ. Ψυχογιό Γ.

#### **ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων **ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**