



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

09 NOV. 2010

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαρούσι, 8- 11- 2010
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
119050/ΠΗ

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.yperth.gr
Τηλέφωνο : 210-344 23 20
FAX : 210-344 32 45
GKOSK

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.
- Νίκο Ι. Νικολόπουλο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 3184/22-9-2010»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 3184/22-9-2010, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νίκος Ι. Νικολόπουλος σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας, η άδεια λειτουργίας των ιατρικών εργαστηρίων ακτινοβολιών, εκδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μια σειρά εγγράφων, ένα από τα οποία είναι και το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από πλευράς Ακτινοπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) μετά από αξιολόγηση των υποβληθεισών εκθέσεων και των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από επιστήμονες της ΕΕΑΕ.

Στις 28.05.10 η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στον αξονικό τομογράφο Philips Brilliance 16 του εργαστηρίου ακτινοβολιών, κατηγορίας X-2 του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» στα πλαίσια των διαδικασιών έκδοσης της άδειας λειτουργίας του. Από τον έλεγχο προέκυψε η ανάγκη διορθωτικών ενεργειών, ώστε το εργαστήριο να ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών ακτινοπροστασίας.

✓
✓
Στις 06.09.2010 η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε εκ νέου επιτόπιο έλεγχο στο εργαστήριο. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι μετά την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ο

αξονικός τομογράφος και οι χώροι εγκατάστασής του ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονισμών ακτινοπροστασίας. Για αυτό το λόγο και η ΕΕΑΕ προχώρησε στην έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιήθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και στο ακτινολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου. Επομένως οι ενέργειες αρμοδιότητας ΕΕΑΕ έχουν ολοκληρωθεί από τις 10.09.2010.

Η ΕΕΑΕ, στα πλαίσια ελέγχου των εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών από πλευράς ακτινοπροστασίας, τηρεί συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποίησης επιτόπιων ελέγχων για την όσο το δυνατό πιο άμεση ικανοποίηση των υποβληθέντων αιτημάτων. Ο προγραμματισμός των ελέγχων βασίζεται στη χρονική προτεραιότητα, το είδος των αιτημάτων καθώς και στους υπάρχοντες πόρους (προσωπικό, εξοπλισμός). Επισημαίνεται δε ότι για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων της ΕΕΑΕ πρόκειται σύντομα να αξιολογηθεί από το ΕΣΥΔ με σκοπό τη διαπίστευσή του σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC: 17020:1998.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ANNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ.Υπουργού
2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
3. Τ.Κ.Ε.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ