


1426
16/3

5

15 ΜΑΡ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 11/3/11

Αρ. Πρωτ.: 134809
Σχετ:

**ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 1426/25-10-10 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Μ. Μπεκίρη, σχετικά με τη λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου στο ΠΓΝΠ, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι βλάβες των Αξονικών Τομογράφων οφείλονται αποκλειστικά στη χρήση των μηχανημάτων. Ειδικότερα, το ΠΓΝΠ εφημερεύει καθημερινά και εξυπηρετεί και τις βασικές κλινικές του ΓΝ «Άγ. Ανδρέας». Επιπλέον, το Νοσοκομείο προσφέρει υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ δεν υπάρχουν Αξονικοί Τομογράφοι σε γειτονικά νοσοκομεία.

Για το ΠΓΝΠ, λοιπόν, σημειώθηκαν 5 βλάβες στο έτος 2010, ενώ πραγματοποιήθηκαν 27.500 αξονικές τομογραφίες μέχρι σήμερα και οι διακομιδές στα ιδιωτικά κέντρα είναι περίπου 60.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

- 1. Γρ.Υπουργού
- 2. Γρ.Υφυπουργού
- 3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

