




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 210.5230110, 5237254
- Fax : 210.5237254

ΠΡΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 17/11/11

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 110413
(Σχ. 112009, 112015,
112025, 117020)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορές Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 8195/29-9-2011, 8209/30-9-2011, 8248/30-9-2011, 8/4-10-2011 και 355/21-10-2011 αναφορές που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Ε. Στρατάκη, Ε. Αυγενάκη, Φ. Παρασύρη και Ι. Μιχελογιαννάκη σχετικά με προβλήματα στη λειτουργία του ακτινολογικού μηχανήματος στο ΚΥ Αρκαλοχωρίου, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 13015/17-10-2011 έγγραφο της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Από το ΚΥ Αρκαλοχωρίου υποβλήθηκε αίτημα προς την τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειου – Πανάνειου», στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ΚΥ, για την αντικατάσταση της καμένης λυχνίας, στις 2-9-2011.

Η κοστολόγηση της βλάβης που ακολούθησε ήταν ύψους 15.375,00 ευρώ και εγκρίθηκε στις 9-9-2011.

Ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, μητρώο δεσμεύσεων, πίστωσης, συνεννόηση με εταιρεία συντήρησης και αποκατάστασης της βλάβης, απεστάλη η σχετική σύμβαση 23-9-2011 για υπογραφή και αποκατάσταση, όσο δυνατόν συντομότερα, δεδομένου ότι η λυχνία θα ερχόταν από το εξωτερικό.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν σημειώθηκε καθυστέρηση και μέσα στις προβλεπόμενες διατάξεις οι διαδικασίες έγιναν άμεσα.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η παραλαβή της λυχνίας έχει γίνει ήδη, καθώς και η εγκατάστασή της στο ακτινολογικό μηχάνημα του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μετρήσεων το μηχάνημα θα λειτουργήσει κανονικά.

Η 7^η ΥΠΕ Κρήτης και η διοίκηση του νοσοκομείου είναι πρόθυμη σε κάθε συνεργασία με τους «Φίλους ΚΥ Αρκαλοχωρίου» που προάγει την καλύτερη λειτουργία της μονάδας μέσα στις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτές: Β. Κεγκέρογλου, Ε. Στρατάκη,
Ε. Αυγενάκη, Φ. Παρασύρη,
Ι. Μιχελογιαννάκη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Δ/ση ΠΦΥ
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

