




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 210.5230110, 5237254
- Fax : 210.5237254

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 17.11.2011

Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 108536

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 23560/27-9-2011 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ε. Αυγενάκη σχετικά με σχετικά με προβλήματα στη λειτουργία του ακτινολογικού μηχανήματος στο ΚΥ Αρκαλοχωρίου, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 12962/14-10-2011 έγγραφο της 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης, σας πληροφορούμε τα εξής :

Από το ΚΥ Αρκαλοχωρίου υποβλήθηκε αίτημα προς την τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειου –Πανάνειου», στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ΚΥ, για την αντικατάσταση της καμένης λυχνίας, στις 2-9-2011.

Η κοστολόγηση της βλάβης που ακολούθησε ήταν ύψους 15.375,00 ευρώ και εγκρίθηκε στις 9-9-2011.

Ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, μητρώο δεσμεύσεων, πίστωσης, συνεννόηση με εταιρεία συντήρησης και αποκατάστασης της βλάβης, απεστάλη η σχετική σύμβαση 23-9-2011 για υπογραφή και αποκατάσταση, όσο δυνατόν συντομότερα, δεδομένου ότι η λυχνία θα ερχόταν από το εξωτερικό.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν σημειώθηκε καθυστέρηση και μέσα στις προβλεπόμενες διατάξεις οι διαδικασίες έγιναν άμεσα.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η παραλαβή της λυχνίας έχει γίνει ήδη, καθώς και η εγκατάστασή της στο ακτινολογικό μηχάνημα του Κ.Υ Αρκαλοχωρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μετρήσεων το μηχάνημα θα λειτουργήσει κανονικά.

Η 7^η ΥΠΕ Κρήτης και η διοίκηση του νοσοκομείου είναι πρόθυμη σε κάθε συνεργασία με τους «Φίλους ΚΥ Αρκαλοχωρίου» που προάγει την καλύτερη λειτουργία της μονάδας μέσα στις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Βουλευτή κ. Ε. Αυγενάκη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Δ/ση ΠΦΥ
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ



ΕΒΕΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

11.8.2011