




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 2/6/2014

Αρ. Πρωτ.: 23003

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 2161428
Fax : 210 5237254
e-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων ✓

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. **6871/11-3-2014** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γιώργο Λαμπρούλη, Λιάνα Κανέλλη, Διαμάντω Μανωλάκου και Σπύρο Χαλβατζή, με θέμα: «Προβλήματα στο ακτινολογικό τμήμα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η βλάβη στον ψηφιοποιητή εικόνας του ακτινολογικού εργαστηρίου προέκυψε στις 12:00 της 7^{ης} /3/2014. Στη συνέχεια, έγινε διάγνωση της βλάβης από τους τεχνικούς του Νοσοκομείου και ενημερώθηκε η εταιρεία που υποστηρίζει το μηχάνημα. Το μηχάνημα βρίσκεται σε εγγύηση καλής λειτουργίας από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2015.

Η εταιρεία απέστειλε το ανταλλακτικό από την Αθήνα με την πτήση των 22:20 στο Ηράκλειο, την ίδια ημέρα. Ο τεχνικός της εταιρείας σε συνεργασία με τον τεχνικό του Νοσοκομείου αποκατέστησαν τη βλάβη στις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου της 8^{ης} /3/2014 και εκ τότε το μηχάνημα λειτουργεί κανονικά.

Το εν λόγω μηχάνημα υποστηρίζει ακτινογραφίες κλασικής ακτινολογίας, μαστογραφίας και πανοραμικού (οδοντιατρικές). Επίσης, ουδέποτε έγινε σύσταση από την κατασκευάστρια εταιρεία προς το Νοσοκομείο ότι το μηχάνημα πρέπει να κλείνει τρεις (3) φορές την ημέρα.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι, το Νοσοκομείο έχει προχωρήσει στη διαδικασία προμήθειας νέου ψηφιοποιητή. Η διαδικασία είναι στο στάδιο της παραγγελίας της συσκευής, η οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» διαθέτει δύο (2) επιπλέον ψηφιοποιητές, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε λειτουργία λόγω μη υποστήριξης από την προμηθεύτρια εταιρεία. Στο Νοσοκομείο υπάρχουν ακόμη τέσσερα (4) φορητά ακτινολογικά μηχανήματα:

- Ένα (1) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
- Ένα (1) στα Χειρουργεία,
- Ένα (1) στη Μονάδα Νεογνών,
- Ένα (1) για τις ανάγκες των υπολοίπων Κλινικών.

Από αυτά το μηχάνημα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας είναι λειτουργικό, αλλά δεν χρησιμοποιείται διότι παρουσίασε μηχανική βλάβη και βρίσκεται σε διαδικασία επισκευής. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε αυτή τη φάση καλύπτεται από το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα των χειρουργείων.

Σε ότι αφορά στη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Μετά την αποχώρηση ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης, στο Ακτινολογικό τμήμα τοποθετήθηκαν δύο (2) σπουδαστές σχολών του ΟΑΕΔ, κατεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού για την γραμματειακή υποστήριξη με την κατάλληλη καθοδήγηση από τους υπεύθυνους του τμήματος.
- Τα ραντεβού που ζητούν οι ασθενείς και αφορούν Υπέρηχους - Οστική Πυκνότητα - Μαστογραφίες, κλείνονται ήδη από την Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, ενώ τα ραντεβού TRIPLEX - Αξονικών και Μαγνητικών κλείνονται από την γραμματεία του Ακτινολογικού- Αξονικού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βουλευτές κ.κ. Γ. Λαμπρούλη, Λ. Κανέλλη, Δ. Μανωλάκου
Σπ. Χαλβατζή

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντονισμού & Κωδικοποίησης

ΣΤΥΡΙΑΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



Δ.Δ.