

03 ΟΚΤ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 29/9/14

Αρ. Πρωτ.: 60071

ΠΡΟΣ / ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 792/4-7-2014 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλο, σχετικά με τη λειτουργία του νέου ακτινολογικού μηχανήματος στο ΓΝ Χαλκίδας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κάθε ακτινολογικό μηχάνημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ακτινοπροστασίας, με αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94, (Φ.Ε.Κ. 216/Β'/06-03-2001), παραλαμβάνεται είτε αρχικά είτε μετά από κάθε επισκευή, από επιστήμονα ειδικότητας Ακτινοφυσικού, ο οποίος αφού πραγματοποιήσει τις κατά το νόμο μετρήσεις, το παραδίδει σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία στο Νοσοκομείο προς χρήση.

Το ΓΝ Χαλκίδας είναι σε σύμβαση με την εταιρεία « ΑΤΝΥΞ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ », μέχρι και σήμερα.

2. Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο νομιμότητας του διαγωνισμού είναι η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η οποία διενήργησε το διαγωνισμό προμήθειας των τριών ακτινολογικών μηχανημάτων.

3. Ο τότε Διοικητής του ΓΝ Χαλκίδας, κ. Α. Σεπετής, με την αριθμ. 7077/03-06-2013 απόφασή του, όρισε επιτροπή παραλαβής του νέου ακτινολογικού μηχανήματος.

Η επιτροπή παραλαβής, με το αριθμ. 13821/31-10-2013 (ορθή επανάληψη) πρακτικό της, εισηγήθηκε την ποσοτική μόνο παραλαβή του μηχανήματος, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο πρακτικό. Ο κύριος λόγος της μη ποιοτικής παραλαβής, σε εκείνη τη φάση, του μηχανήματος ήταν η μη σύμφωνη γνώμη της συμβεβλημένης με το Νοσοκομείο εταιρείας Ακτινοφυσικών, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ακτινοπροστασίας με αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94, (Φ.Ε.Κ. 216/Β'/06-03-2001), παράγραφος 3.4.3., σελ. 4366 - 4367, «*Αρμοδιότητες Ακτινοφυσικού : Ελέγχει, παραλαμβάνει και παραδίδει για κλινική χρήση κάθε ακτινολογικό σύστημα μετά τις απαραίτητες ρυθμίσεις, επισκευές, τροποποιήσεις ή μετά από συντήρηση σε αυτό.*».

Η επιτροπή παραλαβής, με το αριθμ. 5592/24-04-2014 πρακτικό της, προέβη στην εφαρμογή της αρ. πρωτ. 208/11-04-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ5469Η2Γ-4ΞΠ) απόφασης Διοικητή της

5^η Υ.ΠΕ., που αφορά δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία αποτελείται και από τρεις Ακτινοφυσικούς και πρότεινε την ποιοτική παραλαβή του ακτινολογικού μηχανήματος.

Η εισήγηση αυτή της επιτροπής παραλαβής του Νοσοκομείου εγκρίθηκε με το πρακτικό 8/05-06-2014, θέμα 55^ο του Διοικητικού συμβουλίου του ΓΝ Χαλκίδας. Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε στην εταιρεία Ακτινοφυσικών του Νοσοκομείου με το αρ. πρωτ. 9041/27-6-2014, για τις περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να λειτουργήσει με ασφάλεια το νέο ακτινολογικό μηχάνημα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ.Υφυπουργών

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου, Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



Handwritten signature