




16 ΟΚΤ. 2014

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 14/10/2014

Αρ. Πρωτ.: 73456

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161428
Fax : 2105237254
e-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων ✓

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. **1941/21-8-2014** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Νίκο Μωραΐτη, Νίκο Καραθανασόπουλο και Γιώργο Λαμπρούλη, με θέμα: «Μέτρα για τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Άρτας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο αξονικός τομογράφος του Γ.Ν. Άρτας λειτουργεί κανονικά και ανελλιπώς εκτός από τα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

- 1) από 1/4/2013 έως και 11/5/2013, λόγω αντικατάστασης της ακτινολογικής λυχνίας
- 2) από 28/5/2014 έως και 31/5/2014, λόγω τεχνικών εργασιών στο χώρο του αξονικού τομογράφου (αντικατάσταση δαπέδου)
- 3) από 10/7/2014 έως και 17/7/2014 ο αξονικός τομογράφος υπολειτουργούσε και εξυπηρετούσε μόνο τα επείγοντα περιστατικά (ανάπτυξη υψηλής θερμοκρασίας στο gantry)
- 4) από 5/8/2014 έως και 8/8/2014, λόγω βλάβης.

Όσον αφορά στην έλλειψη πληρωμάτων ασθενοφόρων, από τον Απρίλιο του 2014 τα ασθενοφόρα οχήματα έχουν παραχωρηθεί στο ΕΚΑΒ και οι οδηγοί-πληρώματα ασθενοφόρων αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα έχουν μεταταχθεί στο ΕΚΑΒ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βουλευτές κ.κ. Ν. Μωραΐτη, Ν. Καραθανασόπουλο,
Γ. Λαμπρούλη

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντονισμού & Κωδικοποίησης

Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: -
Σύνολο σελίδων: 1

