



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ;
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
- Fax : 210.5237254
- E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 19/5/2016

Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 28851

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 1729/14-4-2016 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο με θέμα: «Έδωσαν σε διαβητικούς ελαττωματικές ταινίες μέτρησης σακχάρου στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα», και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 14594/10-5-2016 έγγραφο του Υπευθύνου του Γρ. Διαχείρισης Υλικού του Γ.Ν. Πατρών, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οι ταινίες μέτρησης σακχάρου καθώς και οι μετρητές σακχάρου, σε πρώτη φάση στην παραλαβή ελέγχονται ποσοτικά. Μαζί με τον μετρητή παραδίδονται οδηγίες χρήσης για τον χρήστη.

2. Κατά την παράδοση ο μετρητής παραδίδεται σε πλήρη και καλή λειτουργία ενώπιον του χρήστη.

3. Οι ταινίες που συνοδεύουν τον μετρητή ελέγχονται δειγματοληπτικά. Συγκεκριμένα το κάθε κουτί διαθέτει 50 ταινίες και 1 μικροσίπ το οποίο τοποθετείται στον μετρητή ώστε να αναγνωρίζει τις συγκεκριμένες ταινίες που περιέχονται στη συσκευασία και μόνον αυτές.

4. Ο χρήστης προμηθεύεται άπαξ τον μετρητή και κατόπιν ανά μήνα τις ταινίες.

5. Για το συγκεκριμένο δημοσίευμα της εφημερίδας Κόσμος την 1-4-2016 δεν κατατέθηκε καμία έγγραφη αναφορά.

6. Σε ότι αφορά την παραλαβή ελαττωματικών ταινιών το θέμα αυτό απασχόλησε το Νοσοκομείο, κατόπιν εγγραφών αναφορών στο Φαρμακείο από Χρήστες (κλινικές, εξωτερικοί ασθενείς) τον περασμένο Αύγουστο, όπου τηρήθηκε η σχετική τυπική διαδικασία και επεστράφησαν στην προμηθεύτρια εταιρεία και δεν αφορά στην τωρινή κατάσταση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Τμήμα Νομοθ. Πρ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0
Συνολικός Αριθμός: 1



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΛΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ειρήνη Πέτση