

07 MAR. 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 3 / 3 / 2017

Αρ. Πρωτ.: 4331

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161428
Fax : 2105237254
e-mail : tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2644/17-1-2017 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Λευτέρη Αυγενάκη και Βασίλη Οικονόμου, με θέμα: «Χωρίς Θεραπεία πολλοί καρκινοπαθείς στην Κρήτη - για μια ακόμη φορά εκτός λειτουργίας ο γραμμικός επιταχυντής του ΠΑΓΝΗ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από την καταγραφή 1/τ εξοπλισμού υψηλού κόστους/τεχνολογίας αιχμής που έχει πραγματοποιήσει η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (τελευταία επικαιροποίηση 5^{ος} του 2016) προκύπτει ότι, το Πα.Γ.Ν.Η. διαθέτει δύο (2) Γραμμικούς Επιταχυντές: 1) του κατασκευαστικού οίκου ELEKTA (τύπου SL 75-5) με εγκατάστασης το 1989 και 2) του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS (τύπου PRIMUS IMRT) με έτος εγκατάστασης το 2005 και «ΚΑΛΗ» λειτουργική κατάσταση και για τους δύο.

Το πρόβλημα στη λειτουργία του γραμμικού επιταχυντή εμφανίστηκε την Δευτέρα 09-01-2017. Εντοπίστηκε η διπλή βλάβη (στην εξωτερική μονάδα ψύξης και στον γραμμικό επιταχυντή), ήρθε τεχνικός της εταιρίας από την Αθήνα και το ανταλλακτικό από το εξωτερικό. Αποκαταστάθηκε, έγιναν οι απαραίτητες μετρήσεις και ο γραμμικός επαναλειτουργήσε πλήρως την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2017.

Η εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών του ΠαΓΝΗ για πολλά χρόνια γινόταν από δύο γραμμικούς επιταχυντές. Τα προβλήματα που παρουσιαζόταν κατά καιρούς είναι καταγεγραμμένα.

Έγινε αποδεκτή η δωρεά δύο νέων σύγχρονων γραμμικών επιταχυντών από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Λόγω της έναρξης της απεγκατάστασης από 1/11/2016 του ενός από τους δύο υπάρχοντες γραμμικούς επιταχυντές (για να εγκατασταθεί ο πρώτος από τους δύο της δωρεάς), οι ογκολογικοί ασθενείς εξυπηρετούνται από έναν γραμμικό επιταχυντή.

Σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του πρώτου νέου γραμμικού επιταχυντή (από τους δύο της δωρεάς) ο χρόνος αναμονής για έναρξη ακτινοθεραπείας φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις και τις εξήντα (60) ημέρες.

Ο πρώτος νέος γραμμικός επιταχυντής θα τεθεί σε λειτουργία 21/04/2017.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου βρίσκεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την ανάδοχο εταιρία προκειμένου να γίνει αφενός η εγκατάσταση των δύο νέων μηχανημάτων ακτινοθεραπείας και αφετέρου η εκπαίδευση του προσωπικού, σε όσον το δυνατόν συντομότερο χρόνο.

Έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί το τμήμα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας με προσωπικό.

Με πρόσφατη απόφαση (47/2017) το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΓΝΗ ενέκρινε ότι η διαχείριση των ασθενών με κακοήθης νεοπλασίες, όπως περιγράφεται στο νόμο 4052, άρθρο 135, Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 41, 1-3-2012 τεύχος Α', όλοι οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ακτινοθεραπεία στο εν λόγω νοσοκομείο να περνούν από το Ογκολογικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού που περιλαμβάνει την ενίσχυση του τμήματος με τους δύο νέους υπερσύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές και το απαιτούμενο προσωπικό, το τμήμα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του ΠΑΓΝΗ σύμφωνα με τους ειδικούς του αντικείμενου, θα αναδειχτεί ως κέντρο αναφοράς για την ακτινοθεραπευτική ογκολογία στην χώρα μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βουλευτές κ.κ. Α. Αυγενάκη, Β. Οικονόμου

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας, Κοιν. Ελέγχου & Κωδικοποίησης

Π. ΠΟΛΑΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΟΙΠΩΣ ΑΝΤΙΣΤΗ