

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 1105
Ημερομ. Κατάθεσης: 14/2/2025



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, <http://www.kke.gr>
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Κλειστό θα παραμείνει το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο στο ΠΓΝ Λάρισας, λόγω επιδιόρθωσης βλάβης του διαγνωστικού-θεραπευτικού μηχανήματος από την κατασκευαστική εταιρεία

Καταθέτουμε **ΑΝΑΦΟΡΑ** την επιστολή του Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, σχετικά με το επικείμενο κλείσιμο του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, λόγω επιδιόρθωσης βλάβης του διαγνωστικού-θεραπευτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αντιμετώπιση οξέων εμφραγμάτων από όλο τον Νομό Λάρισας και όχι μόνο.

Αθήνα 10/02/2025

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Λαμπρούλης Γιώργος

Μεταξάς Βασίλης



Αναπληρωτής Καθηγητής

Δ/ντής Ε.Σ.Υ.

Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ.

Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ.

Προς


Διοικητή Π.Γ.Ν. Λάρισας

Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν. Λάρισας

Διευθυντές Κλινικών/Εργαστηρίων Π.Γ.Ν. Λάρισας

Διοικητή 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6286
ΗΜ/ΝΙΑ: 10/02/2025



Λάρισα, 10/2/2025

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα (17-21/2/2025) το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο θα παραμείνει κλειστό, λόγω επιδιόρθωσης βλάβης του από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι αδύνατη η αντιμετώπιση οξέων εμφραγμάτων από όλο το Νομό της Λάρισας και όχι μόνο. Ως εκ τούτου θα παραστεί ανάγκη διακομιδής των σε έτερους Νομούς ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Η αδυναμία κάλυψης αυτών των περιστατικών έχει να κάνει με την μη ανταπόκριση της Πολιτείας στο από ετών αίτημά μας για ύπαρξη 2ου μηχανήματος (αντικατάσταση υπάρχοντος παλαιού φορητού μηχανήματος), όπως είθισται σε άλλα μεγάλα Νοσοκομεία, που θα καλύπτει αφενός μεν την ταυτόχρονη παρουσία οξέων περιστατικών, αφετέρου δε την κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή Service του έτερου μηχανήματος. Πρέπει εδώ να γίνει κατανοητό, ότι δεν μιλάμε απλά για διαγνωστικό μηχάνημα αλλά για διαγνωστικό - θεραπευτικό.

Με εκτίμηση

Καθηγητής Καρδιολογίας
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής