



ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Ο μοναδικός λιθοτρίπτης του ΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη έπαψε να λειτουργεί»

Στις αρχές του Απριλίου ο πρόεδρος του σωματίου συνταξιούχων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης κατήγγειλε πως το μηχάνημα λιθοτριψίας στο νοσοκομείο «Παναγία» της Θεσσαλονίκης δεν λειτουργεί και ότι δεν υπάρχουν φάρμακα για τις χημειοθεραπείες των καρκινοπαθών. Σύμφωνα δε με καταγγελία του Σωματίου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Παναγία» από τις 8 Μαρτίου δηλώθηκε βλάβη του μηχανήματος της εξωσωματικής λιθοτριψίας λόγω πιθανής βλάβης της γεννήτριας του.

Έκτοτε ο λιθοτρίπτης έπαψε να λειτουργεί.

Η μη λειτουργία του λιθοτρίπτη είχε σαν αποτέλεσμα :


1. Επιβάρυνση στην υγεία των ασφαλισμένων οι οποίοι έπρεπε να επαναλάβουν τις απαραίτητες επαναληπτικές συνεδρίες .
2. Την μη εξυπηρέτηση νέων περιπτώσεων ασθενών.
3. Την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων που εξυπηρετούντο και από άλλες περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης.
4. Την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων ασθενών που αναζητούν θεραπεία σε ιδιωτικά κέντρα λιθοτριψίας στην περιοχή.
5. Τα έσοδα τα οποία χάνονται για το Νοσοκομείο είναι περίπου 3.000 Ευρώ ημερησίως και μηνιαίως 60.000 Ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω μηχάνημα εξωσωματικής λιθοτριψίας το οποίο εγκαταστάθηκε το 1994 εκτέλεσε έως σήμερα πάνω από 22.000 λιθοτριψίες με οικονομικά αποτελέσματα που είναι σημαντικά έσοδα για το Δημόσιο, περίπου 12.000.000 Ευρώ.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις στη διοίκηση του Γ.Ν. «Αγ.Παύλος» δεν έγινε καμία συντήρηση του μηχανήματος. Η βλάβη αφορά την επισκευή - αντικατάσταση της γεννήτριας είναι της τάξης περίπου 40.000 Ευρώ, ποσό, το οποίο από την πραγματοποίηση των τακτικών λιθοτριψιών ενός μηνός, μπορεί να αποσβεστεί.

Παρότι η διοίκηση έχει ενημερωθεί αρμοδίως πολλές φορές για τη βλάβη (22-3-2013 και 2-4-2013) και για τις συνέπειες της καθυστέρησης επισκευής του μηχανήματος δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κανένα ορατό αποτέλεσμα με συνέπεια τη διαιώνιση του προβλήματος.

Σε όλα αυτά πρέπει να τονιστεί ότι ο λιθοτρίπτης του Γ.Ν. Ιπποκρατείου δεν λειτουργεί από τριετίας και οι ασθενείς αναγκαστικά κατευθύνονται σε ιδιωτικά κέντρα (τρία στον αριθμό) με οικονομική επιβάρυνση ανά συνεδρία εξωσωματικής λιθοτριψίας.



Ο μοναδικός λιθοτρίπτης του Ε.Σ.Υ. στο παράρτημα ΠΑΝΑΓΙΑ πρέπει να λειτουργήσει ΑΜΕΣΑ, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από κάθε υπεύθυνο και μάλιστα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην εμφανιστούν στο μέλλον τέτοιες δυσλειτουργίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1) Για ποιο λόγο έχει αφεθεί ανοχύρωτη η υγεία και θεραπεία των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στον τομέα της λιθοτριψίας εδώ και μία τριετία;
- 2) Μήπως αυτή η απαξίωση των δημοσίων νοσοκομείων αποσκοπεί στο να στρέψει τους ασθενείς προς ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας;
- 3) Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία των μηχανημάτων λιθοτριψίας στο Γ.Ν. Ιπποκράτειο και στο «Παναγία» Θεσσαλονίκης;
- 4) Τι πρόκειται να κάνετε ώστε να μην εμφανιστούν στο μέλλον τέτοιες δυσλειτουργίες, που επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες της πόλης, η οποία πλήττεται με ποσοστό ανεργίας άνω του 30%;

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

**Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνη,
Ανεξάρτητοι Έλληνες-Α' Θεσσαλονίκης**