



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7281

26 3 14

-Προς τον Υπουργό Υγείας
κ. Άδωνι Γεωργιάδη

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 26-3-2014


ΘΕΜΑ: Θέματα που χρήζουν επίλυσης στο ΠΑΓΝΗ - Μηχάνημα υπερήχων

Αρκετά είναι τα ζητήματα που εδώ και καιρό έχουν δημιουργηθεί στο ΠΑΓΝΗ, με πάρα πολλά του τμήματα και κλινικές να λειτουργούν με δυσκολίες, μηχανήματα που δεν λειτουργούν, γιατρούς και υπόλοιπο προσωπικό να εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, και όλα αυτά τη στιγμή που η προσέλευση του κόσμου, λόγω της οικονομικής ανέχειας, στο δημόσιο σύστημα υγείας αυξάνεται μήνα με το μήνα θεαματικά.

Ενδεικτική της κατάστασης στο ΠΑΓΝΗ είναι η φωτογραφία που δημοσίευσε η τοπική εφημερίδα "Νέα Κρήτη" στις 18/3/2014 και που αφορά στο βασικό μηχάνημα υπερήχων του κλασικού Ακτινολογικού Τμήματος του νοσοκομείου, το οποίο εδώ και δύο μήνες, έχοντας τεθεί από βλάβη εκτός λειτουργίας η οθόνη του, γιατροί και τεχνικοί, προκειμένου να μην πέσει ο αριθμός των εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση - περίπου 70 εξετάσεις ημερησίως - από τα δύο που διαθέτει το κλασικό ακτινολογικό του ΠΑΓΝΗ, μετέφεραν τις βασικές λειτουργίες του σε μία οθόνη υπολογιστή, όπου για βάση χρησιμοποιήθηκε φορητός κάδος ιατρικών απορριμμάτων. Ωστόσο, η προσωρινή λύση φαίνεται να έχει παγιωθεί, καθώς δεν έχει γίνει καμία ενέργεια είτε για επιδιόρθωση της οθόνης του υπερήχου (μηχάνημα 15ετίας), είτε για προμήθεια νέας οθόνης, είτε για προμήθεια νέου μηχανήματος, εντούτοις επί 2μηνο όχι μόνο δεν έγινε τίποτα, αλλά οι απαιτήσεις με τα δύο μηχανήματα υπερήχων που συνολικά διέθετε το ακτινολογικό αυξάνονται καθημερινά.

Σημειώνεται ότι η αγορά νέας οθόνης για το μηχάνημα του υπερήχου στοιχίζει 13.000 ευρώ, όταν όλο το μηχάνημα ως νέο δε θα ξεπεράσει τις 15.000 χιλιάδες ευρώ. Η βλάβη στο κύριο μηχάνημα υπερήχων, που επιβαρύνεται με ογκώδες έργο έκτακτων και τακτικών περιστατικών, δεν έχει αποκατασταθεί και κατά αλληλουχία επιβαρύνει μία σειρά άλλων λειτουργιών του νοσοκομείου.

Έτσι, η μονάδα υπερήχων, όπου η διαγνωστική οθόνη έχει αντικατασταθεί με "πατέντα" του προσωπικού από οθόνη υπολογιστή, που στηρίζεται σε κάδο σκουπιδιών, αποτελεί αυτήν τη στιγμή τη μόνη υπαρκτή λύση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμως η εικόνα αυτή τείνει να γίνει πλέον μόνιμη, ενώ όπως υποστηρίζουν γιατροί και τεχνικοί του τμήματος, η οθόνη του υπολογιστή δεν είναι επαρκής για διάγνωση παθήσεων και αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά ακόμη και την πορεία των ασθενών.



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος που αφορά στο μηχάνημα υπερήχων του ΠΑΓΝΗ;

Ο ερωτών Βουλευτής

**Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου**