

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Υγείας

**Θέμα: Άμεση επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων του αξονικού τομογράφου
στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου**

Ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ **Ανδρέας Ξανθός** καταθέτει **Αναφορά** την **Επιστολή των γιατρών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου Μ. Καλομενοπούλου, Ι. Σαριδάκη και Ρ. Μοσχονά**. Στην από 14/10/2014 επιστολή τους οι γιατροί περιγράφουν την αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου μετά την κατάργηση των φιλμ, χωρίς πρώτα να έχει υπάρξει μέριμνα για προμήθεια ειδικής διαγνωστικής οθόνης. Επειδή όπως εκτιμούν οι γιατροί η διάγνωση εξετάσεων στον Αξονικό Τομογράφο δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει είτε ειδική διαγνωστική οθόνη είτε φιλμ, ζητούν:

- 1) Αγορά διαγνωστικής οθόνης ή φιλμ σε επαρκή ποσότητα ώστε να μη διακόπτεται η λειτουργία του Αξονικού.
- 2) Παραμονή της υπάρχουσας απλής οθόνης, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επικουρικά, για σύγκριση ήδη γνωματευμένων εξετάσεων.
- 3) Τοποθέτηση μικρής οθόνης PC για δακτυλογράφηση πορισμάτων. (Αυτό δεν κοστίζει τίποτα.)
- 4) Άμεση ψηφιοποίηση των απλών ακτινογραφιών.
- 5) Άμεση επανατοποθέτηση του μεγάλου, ειδικού για μαστογραφία, διαφανοσκοπίου που εξυπηρετεί και τον Αξονικό, στην αρχική του θέση.

Επισυνάπτεται η Επιστολή

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα 16/10/2014

Ο καταθέτων βουλευτής

Ξανθός Ανδρέας

Ρεθύμνο 14-10-14

Προς
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
Διευθυντές Κλινικών
Χειριστές Αξονικού Τομογράφου
Διοικητικό Συμβούλιο
Επιστημονικό Συμβούλιο
Ιατρική Υπηρεσία
ΔΥΠΕ
Εισαγγελέα Ρεθύμνου
Κεφαλογιάννη Ι. Βουλευτή Ρεθύμνου
Ξανθό Α. Βουλευτή Ρεθύμνου

Θέμα: Σχετικά με τη διάγνωση στον Αξονικό Τομογράφο

Στο από 6-10 έγγραφο όλοι οι γιατροί του Ακτινολογικού Τμήματος του ΓΝΡ, πλην της Συντ. Διευθύντριας, προβήκαμε σε διαμαρτυρία και έκκληση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝΡ, το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΓΝΡ, την Ιατρική Υπηρεσία του ΓΝΡ και τη ΔΥΠΕ, διότι δεν είναι δυνατό να συνεχίσει η λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου μετά την, εκτός πάσης λογικής, άκαιρη και απροειδοποίητη κατάργηση των φιλμ, χωρίς πρώτα να μεριμνήσει κανείς για προμήθεια ειδικής διαγνωστικής οθόνης. Διάγνωση εξετάσεων στον Αξονικό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει είτε ειδική διαγνωστική οθόνη είτε φιλμ.

Οι οθόνες των απλών PC είναι μέσα εντελώς ακατάλληλα για τέτοια χρήση διότι δεν διαθέτουν την απαραίτητη ανάλυση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαγνωστικά, όταν χρησιμοποιούνται ως τέτοια γίνονται λάθη εις βάρος των ασθενών, ενώ απαιτείται πολλαπλάσιος χρόνος για τη διάγνωση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας λογικός αριθμός εξετάσεων ανά ημέρα. Τα φιλμ παγκοσμίως θεωρούνται ειδικά διαγνωστικά εργαλεία με υψηλή ευκρίνεια για τη διάγνωση. Τείνουν να καταργηθούν, για λόγους και οικολογικούς, διότι μπορούν να αντικατασταθούν από ειδικές διαγνωστικές οθόνες.

Χωρίς καμία προειδοποίηση καταργήθηκαν και δεν μπορούμε να γνωματεύσουμε. Το από 6-10 έγγραφο το απευθύναμε και προς τον Εισαγγελέα Ρεθύμνου διότι το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα, αφορά τη Δημόσια Υγεία και έχει επανειλημμένως ταλαιπωρήσει γιατρούς και ασθενείς.

Η επίκληση ζητημάτων κόστους προσφέρεται μόνο για επικίνδυνο λαϊκισμό, τη στιγμή που γίνονται παράλογες σπατάλες στο Ακτινολογικό Τμήμα του Ρεθύμνου σε άλλα αναλώσιμα και ιδιαίτερα σε φιλμ για απλές ακτινογραφίες. Σημειωτέον ότι αυτά τα φιλμ, που σπαταλούνται αλόγιστα έχουν το ίδιο κόστος με τα φιλμ του Αξονικού.

Καμία προσπάθεια περιορισμού ή και πλήρους κατάργησης των φιλμ στις απλές ακτινογραφίες δεν επιχειρείται. (Η κατάργηση μπορεί να γίνει άμεσα με πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος, το κόστος της οποίας είναι μηδενικό).

Μια εικόνα απλής ακτινογραφίας απαιτεί ένα ολόκληρο φιλμ ενώ στον Αξονικό Τομογράφο κάθε φιλμ χωράει τουλάχιστον τριάντα εικόνες, αρκετές, τις περισσότερες φορές, για την απεικόνιση μιας ολόκληρης εξέτασης.

Τα φιλμ των απλών ακτινογραφιών, στα οποία γίνεται αλόγιστη κατάχρηση, είναι όλα της εταιρείας Agfa. Η εταιρεία Kodak τείνει να εξοβελιστεί από το Νοσοκομείο, παρόλο που προσφέρει φιλμ με τις ίδιες με την Agfa τιμές, τόσο για απλές ακτινογραφίες όσο και για Αξονικό και για το Μαστογράφο. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί γιατί προτιμάται μόνο η μία εταιρεία εις βάρος της άλλης, τη στιγμή μάλιστα που η ποιότητα της Agfa για το Μαστογράφο είναι, σαφώς κατώτερη αυτής της Kodak, με τους εκτυπωτές που διαθέτουμε.

Το μέγα θέμα του Μαστογράφου επανέρχεται αυτή τη φορά με ιλαρότητα στην επικαιρότητα, προφανώς με σκοπό τον αποπροσανατολισμό από το καίριο θέμα της λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου και της άμεσης παραγγελίας φιλμ.

Αφορμή γι αυτό έδωσε η τοποθέτηση στην αποθήκη του Τμήματος, ενός μικρού διαφανοσκοπίου, παντελώς άχρηστου και για χρόνια παραπεταμένου σε άλλη αποθήκη, διότι δεν χωρούσε ούτε ένα φιλμ. Μάλιστα, το ειδικό για τις μαστογραφίες μεγάλο διαφανοσκόπιο που εξυπηρετούσε και τα φιλμ του Αξονικού απομακρύνθηκε από τη θέση εργασίας και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σκαλωσιά για να το φτάσεις. Αντ' αυτού το μικρό διαφανοσκόπιο βαφτίστηκε «ειδικό για μαστογραφίες» προφανώς γιατί το δώρισε η αμαρτωλή εταιρεία - μαϊμού που μας προμήθευσε Μαστογράφο με ελλιπή εξοπλισμό. Έτσι ο μαστογράφος επί χρόνια δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Με διάφορες δικαιολογίες, όλες ανυπόστατες, γινόταν προσπάθεια κατευνασμού των πνευμάτων, αντί να διερευνηθεί και να παταχθεί η ασυνέπεια της Εταιρείας η οποία όμως είχε δωρίσει αυτό το θησαυρό. Έλεος! Ως πότε θα καταργείται το αυτονόητο? Αυτός ο προβοκάτορας που έβαλε το άχρηστο αυτό πράγμα εκεί που έπρεπε δεν έχει το θάρρος να μας πει ποιος είναι να τελειώνουν και τα παρατράγουδα και να ασχοληθούμε με αυτά που πρέπει?

Άμεσα ζητούμε:

- 1) Αγορά διαγνωστικής οθόνης ή φιλμ σε επαρκή ποσότητα ώστε να μη διακόπτεται η λειτουργία του Αξονικού.
- 2) Παραμονή της υπάρχουσας απλής οθόνης, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επικουρικά, για σύγκριση ήδη γνωματευμένων εξετάσεων.
- 3) Τοποθέτηση μικρής οθόνης PC για δακτυλογράφηση πορισμάτων. (Αυτό δεν κοστίζει τίποτα.)
- 4) Άμεση ψηφιοποίηση των απλών ακτινογραφιών.
- 5) Άμεση επανατοποθέτηση του μεγάλου, ειδικού για μαστογραφία, διαφανοσκοπίου που εξυπηρετεί και τον Αξονικό, στην αρχική του θέση.