



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Γιώργος Στύλιος

Βουλευτής Ν. Άρτας ΝΔ

ΠΑΒ

2023

9/5/2016

Άρτα, 26 Απριλίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Απαραίτητη η άμεση αντικατάσταση του αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Κύριε Υπουργέ,

Σας επισυνάπτω άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Η γνώμη της Άρτας». Αφορά σοβαρή βλάβη που είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας (για μια ακόμη φορά) ο αξονικός τομογράφος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου δεν υπάρχει επάρκεια σε ανταλλακτικά λόγω παλαιότητας. Το γεγονός αυτό το έχει επισημάνει ήδη εδώ και δύο χρόνια η προμηθεύτρια εταιρία.

Είναι προφανές ότι απαιτείται άμεση αντικατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού, δεδομένου ότι τα περιστατικά εξυπηρετούνται στα ιδιωτικά κέντρα της πόλης.

Παρακαλώ για τις απαραίτητες ενέργειές σας επί του θέματος καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωσή μου επί των θεμάτων που θίγονται.

Ο Βουλευτής,

Γιώργος Στύλιος



Κώστας Γκέτσος

Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 12:05

Πάλι τα ίδια, αλλά ο αξονικός επιβάλλεται να αντικατασταθεί...



Για το θέμα ενημερώθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο δεύτερης σκέψης, μιας και δήλωσε πως άμεσα θα αντικατασταθεί ο αξονικός τομογράφος

Ως το χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου θανάτου, πρέπει να χαρακτηριστεί η -μία ακόμη- βλάβη στην λειτουργία του αξονικού τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Λατρείας, ενώ για την εξυπηρέτηση των ασθενών, πλέον οι αρμόδιοι του Νοσοκομείου, οδηγούν τα περιστατικά, στα ιδιωτικά κέντρα της πόλης. Είναι ένα ακόμη επεισόδιο, στο πολυσυζητημένο σήμαλ, περί την λειτουργία του αξονικού, που όμως όλα είχε και πολλές προεκτάσεις, οι οποίες αν δεν ήταν εκτός πραγματικότητας, δεν ήταν χρήσιμες.

Η νέα βλάβη της λειτουργίας του αξονικού τομογράφου, έρχεται σε χρόνο, που είναι σημαντικός, μιας και δύο χρόνια πριν, η εταιρεία που προμήθευε τα ανταλλακτικά (κυρίως λειτουργία), είχε προειδοποιήσει πως επειδή ο το μηχάνημα είναι πολύ παλιό, πλέον δεν υπάρχουν στην αγορά τα απαιτούμενα ανταλλακτικά! Ποτ σημαίνει πως πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί και να γίνει η προμήθεια νέου, που δεν θα είναι της ίδιας τεχνολογίας, άρα τα προβλήματα από βλάβες λιγότερα ως αντίπαρτα.

Για το θέμα ενημερώθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο δεύτερης σκέψης, μιας και δήλωσε πως άμεσα θα αντικατασταθεί ο αξονικός τομογράφος και αυτό πρέπει να είναι το ειγήμεστο της υπόθεσης.

Ας αναμείνουμε λοιπόν την αντικατάσταση του μηχανήματος.